

Отчет анализа

Паспорт анализа

Проект: Подлинность 2014 Колонка:
 Название метода: 05.16 Проба: самогон-1
 Номер анализа: 2100 Метод расчета: Абсолютная градуировка
 Оператор: Объем, мкл: 1
 Разведение: 2.5

Комментарии:

Количество хроматограмм: 2
 02.08.2002 1:24:19 №2100.1; 02.08.2002 9:10:33 №2100.2;

Расчет по компонентам

Время, мин	Компонент	Площадь	Высота	Концентрация	Ед. концентрации	Сходимость	Количество
4.193	ацетальдегид	10.607	6.686	4.267e+01	мг/л	0.000	1
4.726	ацетон	2.393	1.212	1.051e+01	мг/л	0.000	1
5.199	этилацетат	10.984	4.963	4.651e+01	мг/л	0.000	1
5.376	метанол	14.493	4.363	8.954e-03	% об.	0.000	1
7.365	2-бутанол	0.475	0.121	1.356e+00	мг/л	0.000	1
7.814	1-пропанол	222.910	58.818	6.152e+02	мг/л	0.000	1
9.332	изобутанол	350.437	89.299	8.387e+02	мг/л	0.000	1
10.708	1-бутанол	7.052	2.392	1.762e+01	мг/л	0.000	1
12.142	изоамилол	415.397	93.830	9.842e+02	мг/л	0.000	1
15.108	гексанол	0.744	0.181	1.121e+00	мг/л	0.000	1

Расчет по группам

Группа	Площадь	Высота	Концентрация	Ед. концентрации	Кол-во компонентов
	1035.492	261.865	2.558e+03	мг/л	10

Хроматограммы

