




Анализ выполнен на газовом хроматографе Agilent Technologies GC 6890N с пламенно-ионизационным детектором. Прибор оснащен капиллярной колонкой с нанесенной жидкой фазой – полиэтиленгликоль, модифицированный нитротерефталевой кислотой, длиной 50 м, внутренним диаметром 0.32 мм, толщиной нанесения жидкой фазы 0.50 мкм.



ПАСПОРТ ХРОМАТОГРАММЫ

Проба: 2608-16 96,64 об. %
Дата и время: 21.08.2026 17:36:45
Название метода: C:\CHEM32\1\METHODS\GSPS_32039.M
Метод расчета: ESTD
Объем пробы: 1.0 мкл
Колонка: HP-FFAP 19091F-115



РАСЧЕТ ПО КОМПОНЕНТАМ*

Компонент	Время выхода, мин	Площадь	Высота	Концентрация [мг/дм3]	Детектор
этиловый эфир	0.000	0.000	0.000	0.0	FID1 A,
ацетальдегид	4.484	0.031	0.030	0.3	FID1 A,
ацетон	0.000	0.000	0.000	0.0	FID1 A,
метилацетат	5.167	0.029	0.021	0.0	FID1 A,
этилацетат	5.560	0.336	0.122	1.5	FID1 A,
метанол	5.632	0.266	0.124	0.0002	FID1 A,
2-бутанол	0.000	0.000	0.000	0.0	FID1 A,
2-пропанол	0.000	0.000	0.000	0.0	FID1 A,
изобутилацетат	7.120	0.157	0.075	0.4	FID1 A,

Компонент 2-бутанол	Время выхода, мин 0.000	Площадь 0.000	Высота 0.000	Концентрация [мг/дм3] 0.0	Детектор FID1 A,
Компонент 1-пропанол	Время выхода, мин 0.000	Площадь 0.000	Высота 0.000	Концентрация [мг/дм3] 0.0	Детектор FID1 A,
Компонент этилбутират	Время выхода, мин 7.480	Площадь 0.359	Высота 0.180	Концентрация [мг/дм3] 0.9	Детектор FID1 A,
Компонент кротональдегид	Время выхода, мин 0.000	Площадь 0.000	Высота 0.000	Концентрация [мг/дм3] 0.0	Детектор FID1 A,
Компонент изобутанол	Время выхода, мин 0.000	Площадь 0.000	Высота 0.000	Концентрация [мг/дм3] 0.0	Детектор FID1 A,
Компонент 1-бутанол	Время выхода, мин 8.944	Площадь 0.101	Высота 0.051	Концентрация [мг/дм3] 0.2	Детектор FID1 A,
Компонент изоамилол	Время выхода, мин 0.000	Площадь 0.000	Высота 0.000	Концентрация [мг/дм3] 0.0	Детектор FID1 A,
Компонент 1-пентанол	Время выхода, мин 12.308	Площадь 0.611	Высота 0.080	Концентрация [мг/дм3] 1.5	Детектор FID1 A,
Компонент этиллактат	Время выхода, мин 0.000	Площадь 0.000	Высота 0.000	Концентрация [мг/дм3] 0.0	Детектор FID1 A,
Компонент гексанол	Время выхода, мин 0.000	Площадь 0.000	Высота 0.000	Концентрация [мг/дм3] 0.0	Детектор FID1 A,
Компонент бензальдегид	Время выхода, мин 0.000	Площадь 0.000	Высота 0.000	Концентрация [мг/дм3] 0.0	Детектор FID1 A,
Компонент бензиловый спирт	Время выхода, мин 0.000	Площадь 0.000	Высота 0.000	Концентрация [мг/дм3] 0.0	Детектор FID1 A,
Компонент 2-фенилэтанол	Время выхода, мин 0.000	Площадь 0.000	Высота 0.000	Концентрация [мг/дм3] 0.0	Детектор FID1 A,
РАСЧЕТ ПО ГРУППАМ*					
Группа Альдегиды	Компонент ацетальдегид кротональдегид	Количество, [мг/дм3] 0.3 0.0	Общее количество, [мг/дм3] 0.3		
Группа Сложные эфиры	Компонент этилацетат этиллактат метилацетат этилбутират изобутилацетат	Количество, [мг/дм3] 1.5 0.0 0.0 0.9 0.4	Общее количество, [мг/дм3] 2.8		
Группа Метанол	Компонент метанол	Количество, [об.%] 0.0005	Общее количество, [об.%] 0.0005		
Группа Высшие спирты	Компонент 2-пропанол гексанол 1-пентанол изоамилол 1-бутанол изобутанол 1-пропанол 2-бутанол	Количество, [мг/дм3] 0.0 0.0 1.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0	Общее количество, [мг/дм3] 1.7		
Группа Кетоны	Компонент 2-бутанон ацетон	Количество, [мг/дм3] 0.0 0.0	Общее количество, [мг/дм3] 0.0		

Результаты относятся только к объекту, прошедшему испытание